

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	荥阳市人民医院
拟采购产品名称	电动肌肉振动仪
拟采购产品金额	12.8万元
采购项目所属项目名称	荥阳市人民医院2022年设备购置（第三批）
采购项目所属项目资金	12.8万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其它	
原因阐述：传统慢性骨骼肌肉疼痛的诊疗一直存在反复发作的问题，且病人群体庞大，通过对国际先进技术的学习了解，相较与国内产品，该设备可以更好地发现疼痛并可以通过精准的评估、个性化的训练帮助患者彻底解决这一类问题。该设备具有以下特点：1. 疗效显著，尤其对临床上出现的肌肉痉挛或僵硬。2. 节约人力，高效高质。3. 操作简单，使用范围广。4. 安全系数高，便于携带，随时使用。5. 优化收费方式，收费总额提高：可按肌肉块数收费，更加明晰合理。	
三、专家论证意见	
拟采购进口设备不属于《国家禁止性、限制性进口产品目录》中禁止、限制进口产品，参考技术专家的意见，符合国家进口产品相关法律法规规定，同意采购进口产品。	
专家签字：	
	2022年9月30日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	荥阳市人民医院
拟采购产品名称	电动肌肉振动仪
拟采购产品金额	12.8万元
采购项目所属项目名称	荥阳市人民医院2022年设备购置（第三批）
采购项目所属项目资金	12.8万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其它	
原因阐述：传统慢性骨骼肌肉疼痛的诊疗一直存在反复发作的问题，且病人群体庞大，通过对国际先进技术的学习了解，相较与国内产品，该设备可以更好地发现疼痛并可以通过精准的评估、个性化的训练帮助患者彻底解决这一类问题。该设备具有以下特点：1. 疗效显著，尤其对临床上出现的肌肉痉挛或僵硬。2. 节约人力，高效高质。3. 操作简单，使用范围广。4. 安全系数高，便于携带，随时使用。5. 优化收费方式，收费总额提高：可按肌肉块数收费，更加明晰合理。	
三、专家论证意见	
目前国产电动肌肉振动仪与进口产品相比，在振幅和频率方面存在不足，同时进口产品安全系数高，便于携带，能够作用到深层肌肉，有效降低肌张力，疗效显著，同意采购进口产品。	
专家签字：	吴亚 2022年9月30日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	荥阳市人民医院
拟采购产品名称	电动肌肉振动仪
拟采购产品金额	12.8万元
采购项目所属项目名称	荥阳市人民医院2022年设备购置（第三批）
采购项目所属项目资金	12.8万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其它	
原因阐述：传统慢性骨骼肌肉疼痛的诊疗一直存在反复发作的问题，且病人群体庞大，通过对国际先进技术的了解，相较与国内产品，该设备可以更好地发现疼痛并可以通过精准的评估、个性化的训练帮助患者彻底解决这一类问题。该设备具有以下特点：1. 疗效显著，尤其对临床上出现的肌肉痉挛或僵硬。2. 节约人力，高效高质。3. 操作简单，使用范围广。4. 安全系数高，便于携带，随时使用。5. 优化收费方式，收费总额提高：可按肌肉块数收费，更加明晰合理。	
三、专家论证意见	
电动肌肉振动仪可明显减轻肌肉疼痛、改善血液循环。国产同类设备在疼痛点的精准评估、个性化训练等方面不能满足临床需求。同意购买进口设备。	
专家签字：何燕霞	2022年9月30日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	荥阳市人民医院
拟采购产品名称	电动肌肉振动仪
拟采购产品金额	12.8万元
采购项目所属项目名称	荥阳市人民医院2022年设备购置（第三批）
采购项目所属项目资金	12.8万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其它	
原因阐述：传统慢性骨骼肌肉疼痛的诊疗一直存在反复发作的问题，且病人群体庞大，通过对国际先进技术的学习了解，相较与国内产品，该设备可以更好地发现疼痛并可以通过精准的评估、个性化的训练帮助患者彻底解决这一类问题。该设备具有以下特点：1. 疗效显著，尤其对临床上出现的肌肉痉挛或僵硬。2. 节约人力，高效高质。3. 操作简单，使用范围广。4. 安全系数高，便于携带，随时使用。5. 优化收费方式，收费总额提高：可按肌肉块数收费，更加明晰合理。	
三、专家论证意见	
要同多设备相比，进口设备同开发研制较早，技术较成熟，至成熟，至先共稳定，评估精准，使用安全系数高，适用范围广，所交如服务到临床，同意购买进口设备。	
专家签字：	丁国海 2022年9月30日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	荥阳市人民医院
拟采购产品名称	电动肌肉振动仪
拟采购产品金额	12.8万元
采购项目所属项目名称	荥阳市人民医院2022年设备购置（第三批）
采购项目所属项目资金	12.8万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其它	
原因阐述：传统慢性骨骼肌肉疼痛的诊疗一直存在反复发作的问题，且病人群体庞大，通过对国际先进技术的学习了解，相较与国内产品，该设备可以更好地发现疼痛并可以通过精准的评估、个性化的训练帮助患者彻底解决这一类问题。该设备具有以下特点：1. 疗效显著，尤其对临床上出现的肌肉痉挛或僵硬。2. 节约人力，高效高质。3. 操作简单，使用范围广。4. 安全系数高，便于携带，随时使用。5. 优化收费方式，收费总额提高：可按肌肉块数收费，更加明晰合理。	
三、专家论证意见	
电动肌肉振动仪是康复设备，国内、国内的产品存在的问题是振动电机不过关，噪声大，对患者疼痛不适作生性难评估，而且安全系数不高容易给患者造成伤害。同意采购进口产品来满足临床的需求。	
专家签字：	2022年9月30日。