

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	荥阳市人民医院
拟采购产品名称	全身功能动作评估体态分析系统
拟采购产品金额	49.9万元
采购项目所属项目名称	荥阳市人民医院2022年设备购置（第三批）
采购项目所属项目资金	49.9万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其它	
原因阐述： 由于我院临床的急切需求，且随着业务量增加，科室需增加全身功能动作评估体态分析系统设备，该设备功能齐全、性能好、属于一站式的快速评估系统，为提高治疗的效率，达到病人需求，国产设备目前达不到较好的体态分析技术水平和分析效果。故申请该设备采购进口设备。	
三、专家论证意见	
拟采购进口设备不属于《国家禁止性限制进口货物目录》中的禁止、限制进口货物。经会技术专家意见，该设备符合进口货物相关法律法规规定，同意采购进口设备。	
专家签字	2022年9月30日


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	荥阳市人民医院
拟采购产品名称	全身功能动作评估体态分析系统
拟采购产品金额	49.9万元
采购项目所属项目名称	荥阳市人民医院2022年设备购置（第三批）
采购项目所属项目资金	49.9万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其它	
原因阐述： 由于我院临床的急切需求，且随着业务量增加，科室需增加全身功能动作评估体态分析系统设备，该设备功能齐全、性能好、属于一站式的快速评估系统，为提高治疗的效率，达到病人需求，国产设备目前达不到较好的体态分析技术水平和分析效果。故申请该设备采购进口设备。	
三、专家论证意见	
目前进口全身功能动作评估体态分析系统可以满足临床姿态评估、关节活动度测试、功能动作评估等，利用红外和声纳进行快速评估，患者接受度高，减少医生工作量，国产设备目前达不到较好的体态分析技术水平和分析效果，同意采购进口产品。	
专家签字	 2022年9月30日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	荥阳市人民医院
拟采购产品名称	全身功能动作评估体态分析系统
拟采购产品金额	49.9万元
采购项目所属项目名称	荥阳市人民医院2022年设备购置（第三批）
采购项目所属项目资金	49.9万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其它	
原因阐述： 由于我院临床的急切需求，且随着业务量增加，科室需增加全身功能动作评估体态分析系统设备，该设备功能齐全、性能好、属于一站式的快速评估系统，为提高治疗的效率，达到病人需求，国产设备目前达不到较好的体态分析技术水平和分析效果。故申请该设备采购进口设备。	
三、专家论证意见	
全身功能动作评估体态分析系统适用于肌肉疼痛、神经损伤及骨折术后患者。国产同类设备不具备一站式快速评估系统，尚不能满足临床工作要求。同意采购进口设备。	
专家签字	何燕霞 2022 年 9 月 30 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	荥阳市人民医院
拟采购产品名称	全身功能动作评估体态分析系统
拟采购产品金额	49.9万元
采购项目所属项目名称	荥阳市人民医院2022年设备购置（第三批）
采购项目所属项目资金	49.9万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其它	
原因阐述： 由于我院临床的急切需求，且随着业务量增加，科室需增加全身功能动作评估体态分析系统设备，该设备功能齐全、性能好、属于一站式的快速评估系统，为提高治疗的效率，达到病人需求，国产设备目前达不到较好的体态分析技术水平和分析效果。故申请该设备采购进口设备。	
三、专家论证意见	
目前此设备能自动定位关节位置，快速生成治疗前后数据变化曲线，全自动5折法取评估数据，实时快速5折各关节角度，自动快速计算患者摆摆量，拥有更高效、一站式快速、精准评估，同意购买进口设备，满足临床工作要求。	
专家签字	2022年9月30日 

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	荥阳市人民医院
拟采购产品名称	全身功能动作评估体态分析系统
拟采购产品金额	49.9万元
采购项目所属项目名称	荥阳市人民医院2022年设备购置（第三批）
采购项目所属项目资金	49.9万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取	
☒ 3. 其它	
原因阐述： 由于我院临床的急切需求，且随着业务量增加，科室需增加全身功能动作评估体态分析系统设备，该设备功能齐全、性能好、属于一站式的快速评估系统，为提高治疗的效率，达到病人需求，国产设备目前达不到较好的体态分析技术水平和分析效果。故申请该设备采购进口设备。	
三、专家论证意见	
全身功能动作评估体态分析系统是康复科对患者治疗前对比的重要设备。目前国内的产品还不能完全满足临床的评估需求。主要是缺失了一些功能，不能很好的作生分析。同意采购进口产品。	
专家签字	2022年9月30日