

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	荥阳市人民医院
拟采购产品名称	血液透析机
拟采购产品金额	1900000.00元
采购项目所属项目名称	荥阳市人民医院新技术新项目实施及临床服务能力提升所需配备设备采购项目
采购项目所属项目资金	4790000.00元
二、申请理由	
☐ 1、中国境内无法获取	
☐ 2、无法以合理的商业条件获取	
☒ 3、其它	
原因阐述：透析设备是治疗设备，病人的血在设备内交换治疗，所以要求设备的安全性是第一的，所以在性能稳定、技术成熟、安全度、控制精准度、患者安全度上要求非常严格。目前国内产品在核心技术方面与进口产品上有一定的差距，考虑临床治疗需求，我院申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
进口产品论证方式较多，不少于六种；参数监测精度要求误差在3mmHg之内，同类国产产品精度尚无法完全满足临床需求，故申请采购进口产品。	
专家签字	2024 年 4 月 26 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	荥阳市人民医院
拟采购产品名称	血液透析机
拟采购产品金额	1900000.00元
采购项目所属项目名称	荥阳市人民医院新技术新项目开展及临床服务能力提升所需配备设备采购项目
采购项目所属项目资金	4790000.00元
二、申请理由	
☐ 1、中国境内无法获取	
☐ 2、无法以合理的商业条件获取	
☒ 3、其它	
原因阐述：透析设备是治疗设备，病人的血在设备内交换治疗，所以要求设备的安全性是第一的，所以在性能稳定、技术成熟、安全度、控制精准度、患者安全度上要求非常严格。目前国内产品在核心技术方面与进口产品上有一定的差距，考虑临床治疗需求，我院申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
进口血液透析机最大的特点是性能稳定、技术成熟、控制精度高，对患者有安全保障。目前国内的产品主要问题是运行泵的核心技术有差距，为满足临床治疗的需求，同意采购进口产品。	
专家签字	2024年4月26日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	荥阳市人民医院
拟采购产品名称	血液透析机
拟采购产品金额	1900000.00元
采购项目所属项目名称	荥阳市人民医院新技术新项目实施及临床服务能力提升所需配备设备采购项目
采购项目所属项目资金	4790000.00元
二、申请理由	
☐ 1、中国境内无法获取	
☐ 2、无法以合理的商业条件获取	
☒ 3、其它	
原因阐述：透析设备是治疗设备，病人的血在设备内交换治疗，所以要求设备的安全性是第一的，所以在性能稳定、技术成熟、安全度、控制精准度、患者安全度上要求非常严格。目前国内产品在核心技术方面与进口产品上有一定的差距，考虑临床治疗需求，我院申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
论证：血液透析机进口设备性能稳定，技术成熟，精准度更高。肝素泵流速范围0-9ml/h，过膜精准度0-0.00014/h，工作，高于国内同类设备。联机清除率Kt/V≥1.2，高于国内设备。为了满足临床需求，同意采购进口设备。	
专家签字	2024年4月26日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	荥阳市人民医院
拟采购产品名称	血液透析机
拟采购产品金额	1900000.00元
采购项目所属项目名称	荥阳市人民医院新技术新项目开展及临床服务能力提升所需配备设备采购项目
采购项目所属项目资金	4790000.00元
二、申请理由	
☐ 1、中国境内无法获取	
☐ 2、无法以合理的商业条件获取	
☒ 3、其它	
原因阐述：透析设备是治疗设备，病人的血在设备内交换治疗，所以要求设备的安全性是第一的，所以在性能稳定、技术成熟、安全度、控制精准度、患者安全度上要求非常严格。目前国内产品在核心技术方面与进口产品上有一定的差距，考虑临床治疗需求，我院申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
进口血液透析机对于中国国内患者来说，要求较高，国内产品性能及稳定性不如进口产品，且国内产品在核心技术方面与进口产品上有一定的差距，考虑临床治疗需求，我院申请采购进口产品。	
专家签字	2024年 4 月 26 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	荥阳市人民医院
拟采购产品名称	血液透析机
拟采购产品金额	1900000.00元
采购项目所属项目名称	荥阳市人民医院新技术新项目开展及临床服务能力提升所需配备设备采购项目
采购项目所属项目资金	4790000.00元
二、申请理由	
☐ 1、中国境内无法获取	
☐ 2、无法以合理的商业条件获取	
☒ 3、其它	
原因阐述：透析设备是治疗设备，病人的血在设备内交换治疗，所以要求设备的安全性是第一的，所以在性能稳定、技术成熟、安全度、控制精准度、患者安全度上要求非常严格。目前国内产品在核心技术方面与进口产品上有一定的差距，考虑临床治疗需求，我院申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
拟进口设备不属于《中国禁止进口、限制进口货物目录》中禁止进口、限制进口的设备，不违背法律强制性规定，符合技术专家论证意见。符合进口相关法律法规要求，同意采购进口产品。	
专家签字	2024年4月26日